


### 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目信息     | 项目名称：PCR（Veriti DX）维保服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 供应商名称：四川志诚恒信科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 专业人员论证意见 | <p>PCR 仪是产前诊断分子遗传学检测必不可少和非常关键的设备，若扩增存在问题，很可能对结果造成影响。PCR 仪设备随着使用时间延长，重要组成模块发生故障频率增加，一旦设备重要模块发生故障均要返回厂家进行维修并且需要校准，目前使用 PCR 仪有 3 台均已超出保修期，需要继续购买原厂维保服务。</p> <p>经医院装备部调研，PCR 仪厂家 Life Technologies Holdings Pte Ltd，仅授权四川志诚恒信科技有限公司为该设备的唯一售后服务商。为保障分子遗传学检测正常运行，杜绝因设备原因导致检测不能进行、结果不准确等隐患，该 3 台 PCR 仪维保服务需由四川志诚恒信科技有限公司提供。</p> |
| 专业人员签名   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 日期       | 2021-05-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

注：本表格中专业人员由使用科室管理小组成员组成。