


单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：超声高频外科集成系统超声刀头
	供应商名称：国药集团四川省医疗器械有限公司 （代理品牌：）（美国强生）
专业人员论证意见	1、新申购的超声高频外科集成系统超声刀头 Harmonic HD 1000i 用于妇科手术软组织处理及安全凝闭血管及淋巴管。 2、型号、规格：HARHD20、HARHD36。 3、材质：握把（20%玻璃填充，2%硅润滑聚酸碳脂与苯乙烯嵌段共聚物包覆模制），杆身（304 不锈钢），工作头端（钛合金+单片式聚四氟乙烯垫片） 4、产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。 5、新进产品原因： （1）该产品为市面第一款集成刀头，集成了超声刀的换能器、高频双极的凝血能力、以及分离钳功能。止血效果好技术更先进，可推动高难度新术式发展及减少止血耗材使用；集成换能器，一致性更强，能量输出更稳定，减少手术室消毒灭菌维修等成本，减少额外人力投入，且减少感控风险。 6、此型号超声刀头只能与 GEN11EN 超声高频外科集成系统主机（配套设备均在院）匹配，在开放式和内窥镜手术中使用，适用于软组织切口时按所需控制出血及将热损伤最小化。
专业人员签名	
日期	

注：本表格中专业人员由使用科室管理小组成员组成。