


单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：联影 uMR570 维保
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司（生产厂家：上海联影）
专业人员 论证意见	我院于 2020 年 11 月购进联影 uMR570 1.5 T MR，此设备作为锦江院区磁共振检查的主要设备之一，承担了该院区大部分患者的磁共振检查工作，为保持设备正常运行及图像质量的要求，每年需要定时对设备硬件和软件进行保养和维护，该设备的一年质保期将于 2021 年 11 月结束，因此亟需开展 MR 设备维修保养服务的相关采购工作。 此 MR 设备大部分功能由主机软件控制，涉及厂家技术保密及系统的稳定性，维修保养时厂家不会向任何第三方提供维修密码及软件的升级，除了一些通用电子器件外其他配件第三方也很难采购，而原厂家能保证更换的备件为原厂备件，保障备件的仓储物流并提供优先发货。 鉴于以上原因，本设备维保服务采购活动符合单一来源采购条件，只能由联影公司厂家售后服务部提供，才能得到专业的维修和保养服务，保证设备的正常运行。 特此说明，请医院批示！ 放射科
专业人员 签名	
日期	2021.10.13

注：本表格中专业人员由使用科室管理小组成员组成。若《论证意见》页数大于 1 页，需科室管理小组成员在每一页签字确认。