


单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：1250ul 吸头
	供应商名称：成都百乐科技有限公司
专业人员 论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u> 医学遗传科申请采购能够与现有 E1-Clip Tip 多道可调间距移液 (50-1250ul) 器匹配使用的加样吸头，目前，该吸头仅能够从单一来源采购，具体说明如下： 科室现有 E1-Clip Tip 多道可调间距移液 (50-1250ul) 器 1 支生产商为赛默飞世尔科技（中国）有限公司，主要用于科室大部分产前样本和单基因病血液样本 DNA 的提取。目前，因疫情原因，原移液器合同中配套的加样吸头型号生产商暂时无法供货。因此，需要重新采购与 E1-Clip Tip 多道可调间距移液 (50-1250ul) 器匹配使用的其他型号吸头。经调研，与该移液器匹配的加样吸头仅能由该移液器生产厂家提供，因此仅能由固定生产商赛默飞世尔科技（中国）有限公司提供该加样吸头。
专业人员 签名	
日期	

注：本表格中专业人员由使用科室管理小组成员组成。